ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Требования к прямым участкам Заказчика	Примечание
На корпусе прямых участков должна быть идентификация, как минимум заводской номер.	
Наличие следующей документации на прямые участки: – паспорт на изделие (на прямолинейный участок); – акт (протокол) проведения испытаний на прочность и герметичность (или отметка в паспорте с указанием № акта (протокола) и условий проведения испытаний. (Рекомендуемая форма протокола испытаний на прочность и герметичность приведена в приложении 1); – акт измерений внутренних диаметров прямых участков (или отметка в паспорте с указанием № акта (протокола) и результатов измерений).	раздел 19 Свод правил СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. N 61/пр)

Требования к крепежным элементам	Примечание
Сертификаты качества шпилек и гаек.	
Сертификаты качества на материал, из которого изготовлены шпильки и гайки.	

<u>!!!Если нет заводского паспорта на прямые участки!!!</u>

Требования к прямым участкам Заказчика без паспорта на изделие	Примечание
Результаты заводских испытаний: – протокол (акт) поведения приемочного испытания корпуса СИ на прочность и герметичность с указанием испытательного давления и параметров испытаний; – результаты проведения замеров внутренних диаметров СИ; – сертификаты качества (паспорта) на материалы, из которых изготовлено СИ; – сертификаты качества на сварные материалы; – заключения о результатах контроля сварных стыков согласно СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методикам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов» либо других нормативных документов по контролю качества сварных соединений; – свидетельство об аттестации технологии сварки (НАКС); – удостоверения на специалистов сварочного производства, специалистов, проводящих контроль качества сварных стыков; – операционно-технологическая карта сварки стыков на изделие.	