Контрольный лист по определению возможности калибровки СИ в УРМЦ

№	Параметр	Значение/Наличие	Не зап.	Примечание
1	Номер СИ в ФИФОЕИ			
2	Наименование СИ			
3	Тип			
4	Количество СИ в одном корпусе (для УЗР)			
5	Реверс потока (для УЗР)			
6	Калибровка в УРМЦ по каналу расхода газа (да/нет)			
7	Класс точности (предел относительной погрешности)			
8	Паспорт на расходомер (наличие)			
9	Описание типа СИ (PDF)			
10	Методика калибровки (наименование, номер)			
11	Руководство по эксплуатации (PDF)			
12	Год изготовления СИ			
13	Диаметр условного прохода			
14	Макс. разрешенное давление корпуса			
15	Диапазон расходов Qmin …Qt… Qmax			
16	Внесение калибровочных коэффициентов после калибровки (да/нет)			
17	Метод расчета коэффициентов (WME, полином, таблица калибровочных коэффициентов)			
18	Верификация калибровки (да/нет)			
19	Необходимость выдачи сертификата о калибровке, протокола калибровки на бумажном носителе (да/нет)			
20	Калибровка в ограниченном диапазоне (да/нет)			
21	Тип фланцев расходомера (счётчика)			
22	Диаметр проточной части (для УЗР)			
23	Присоединительный диаметр для расходомеров и счетчиков			
24	Длина расходомера (счетчика)			
25	Точка отбора давления (присоединительная резьба)			
26	Выходной сигнал расходомера – импульсный (вес импульса)			
27	Сервисное ПО для ввода коэффициентов коррекции (для УЗР)			
28	Интерфейс для подключения ПК УРМЦ			
29	Наличие прямых участков в комплекте с расходомером (да/нет)			

30	Параметры прямых участков	Паспорт на прямые участки			
31		Тип фланцев прямых участков			
32		Количество прямых участков до расходомера (счетчика)			
33		Наличие формирователя потока, УПП (да/нет)			
34		Длина прямого (ых) участка (ов) перед расходомером			
35		Длина прямого участка после расходомера			
36		Наличие и тип штуцера (бобышки) для установки гильзы термометра (присоединительная резьба)			
37		Шпильки, гайки, шайбы на фланцевые соединения (наличие, тип)			
38		Уплотнительные кольца, прокладки (тип)			

Ответственный от Заказчика _____ ИОФ

Заключение о возможности проведения поверки (калибровки)

расходомера в УРМЦ: _____